



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

На медицинское изделие

Набор для введения энтерального питания АРЕХМЕД

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Апексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды,
Apexmed International B.V., Keizersgracht 62-64, 1015CS Amsterdam,
The Netherlands

Производитель

"Апексмед Интернэшнл Б.В.", Нидерланды,
Apexmed International B.V., Keizersgracht 62-64, 1015CS Amsterdam,
The Netherlands

Место производства медицинского изделия

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., Unit 93, Building 12, № 818, Qiming Road,
Yinzhou, Ningbo, 315105 Zhejiang, P.R. China

Номер регистрационного досье № РД-52538/83156 от 14.10.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 40 листах

приказом Росздравнадзора от 30 ноября 2022 года № 11349
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073808

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 1

На медицинское изделие

Набор для введения энтерального питания APEXMED, в вариантах исполнения:

1. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

2. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113238

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 2

3. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

4. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

5. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113239

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 3

- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
6. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
7. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113240

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 4

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
8. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
9. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113241

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 5

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
10. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
11. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0113242

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 6

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
12. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
13. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113243

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 7

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
14. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
15. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113244

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 8

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
16. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
17. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - Трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113245

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 9

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
18. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
19. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113246

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 10

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
20. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
21. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
22. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком.
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113247

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 11

в составе:

- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

23. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

24. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113248

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 12

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. (при необходимости).
25. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
26. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113249

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 13

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
27. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
28. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113250

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 14

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

29. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

30. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113251

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 15

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

31. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

32. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113252

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 16

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

33. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

34. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113253

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 17

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

35. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

36. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113254

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 18

необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

37. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером, в составе:

- контейнер с крышкой объемом 600 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

38. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером, в составе:

- контейнер с крышкой объемом 600 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113255

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 19

39. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером, в составе:

- контейнер с крышкой объемом 600 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

40. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером, в составе:

- контейнер с крышкой объемом 600 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

41. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0113256

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 20

- контейнер с крышкой объемом 600 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
42. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный с контейнером, в составе:
- контейнер с крышкой объемом 600 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
43. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный без мешка и контейнера, в составе:
- устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113257

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 21

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
44. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный без мешка и контейнера, в составе:
- устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
45. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный без мешка и контейнера, в составе:
- устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0113258

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 22

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
46. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный без мешка и контейнера, в составе:
- устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
47. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный без мешка и контейнера, в составе:
- устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113259

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 23

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
48. Набор для введения энтерального питания APEXMED гравитационный без мешка и контейнера, в составе:
- устройство для прокалывания крышки контейнера с питательной смесью с колпачком - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
49. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113260

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 24

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
50. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
51. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113261

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 25

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
52. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
53. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113262


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 26

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
54. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 500 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
55. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113263


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 27

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
56. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
57. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113264

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 28

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
58. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
59. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0113265

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 29

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
60. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 750 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
61. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113266

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 30

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
- 62. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
 - мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
- 63. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
 - мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
- 64. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0113267

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 31

в составе:

- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

65. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

66. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 800 мл. - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113268

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 32

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
67. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
68. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;
- Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113269

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 33

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).
69. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
 - зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
 - шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).
70. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:
- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;
 - трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
 - коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
 - дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
 - зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113270

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 34

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

71. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

72. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1000 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113271

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 35

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

73. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- Зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

74. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113272

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 36

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

75. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

76. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113273

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 37

необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

77. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

78. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1200 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);


- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113274

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 38

необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

79. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

80. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;

- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;

- коннектор переходной с колпачком - 1 шт.;

- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;

- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);


- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);

- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);

- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113275

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 39

81. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

82. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор ENFit с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

83. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0113276

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 ноября 2022 года № РЗН 2022/18966

Лист 40

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором Luer Lock - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором Luer Lock 50 мл. - 1 шт. (при необходимости).

84. Набор для введения энтерального питания APEXMED с помощью насоса с мешком, в составе:

- мешок с крышкой объемом 1500 мл. - 1 шт.;
- трубка с зажимом и капельной камерой - 1 шт.;
- коннектор Luer Lock с переходным коннектором с колпачком - 1 шт.;
- дополнительный Y порт с коннектором ENFit - 1 шт.;
- зонд назогастральный CH/FR 12 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 12 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 14 с коннектором ENFit (female) - 1 шт. (при необходимости);
- зонд назогастральный CH/FR 16 со стандартным коннектором - 1 шт. (при необходимости);
- шприц с коннектором ENFit 60 мл. - 1 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0113277